

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE W CELU UMIESZCZENIA ZNAKU „CE”



My, producent:

BIOQUELL UK Limited.
52 Royce Close,
West Portway
Andover, Wlk. Brytania
SP10 3TS
Tel.: +44 (0) 1264 - 835835
Faks: +44 (0) 1264 - 835836

niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że urządzenie:

BQ-50

o numerze fabrycznym podanym na tabliczce znamionowej

spełnia Istotne Wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, Dyrektywy o Wyposażeniu Radiowym 2014/53/UE oraz Dyrektywy o ograniczeniu stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2011/65/UE poprzez zgodność z następującymi normami zharmonizowanymi:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE: zgodność z normą EN 12100:2010

Dyrektywa o Wyposażeniu Radiowym 2014/53/UE: zgodność z:

Art. 3.1a	Narażenie na fale o częstotliwości radiowej: 62311
Art. 3.1a	EN 61010-1: 2010
Art. 3.1b	EN 61326-2-1:2013 używając ETSI EN 301 489-3 V2.1.1, i ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (ETSI EN 301 489-1 V2.1.1)
Art. 3.2	EN 300 328 wersja 2.1.1 EN 300 330 wersja 2.1.1

Dyrektywa o ograniczeniu stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2011/65/EU: zgodność z normą EN 50581:2012

Dokumentacja techniczna tego urządzenia jest dostępna u: O.R.Cumberlege
W siedzibie Bioquell UK Limited, 52 Royce Close, West Portway, Andover, Wlk. Brytania

Podpis osoby upoważnionej ze strony producenta:

O.R.Cumberlege, Dyrektor

01.10.2019